

物品購入仕様書

1 件名

恒温水槽の購入

2 対象機器

恒温水槽 1 台

3 機器の構成

恒温水槽 とは、以下の内訳をすべて有するものである。

【内訳】

	構成	主な品名、仕様等	数量	メーカー
1	本体	(型式の例示) TRW-27TP	1 台	(メーカーの例示) アズワン株式会社

【要求する仕様】

- (1) 使用温度範囲が、室温+5℃から 80℃程度であること。
- (2) 温度分布精度が、室温 20℃で±0.3℃程度であること。
- (3) 外寸法が横幅 505 mm 以内、奥行き 360 mm、高さ 370 mm 程度であること。
- (4) 内寸法が横幅 300 mm、奥行き 300 mm、高さ 300 mm 程度であること。
- (5) 定置運転、タイマー運転が可能であること。
- (6) 安全装置（異常加熱防止装置等）を備えていること。
- (7) 槽内容量が 27 L 程度であること。
- (8) 水槽部分に観察窓を有すること。
- (9) 電源は、AC100V 14A 程度であること。
- (10) 設置に必要な電源プラグを付属すること。

4 納入

ここで言う納入とは、下記の納入場所へ搬入及び使用可能な状態に設置をすることである。

(1) 納入場所

盛岡市上米内字中居49 盛岡市上下水道局浄水課米内浄水場

(2) 納入期限

令和8年10月30日まで

(3) その他

ア 納入前に発注者と打合せを行い、その指示に従うこと。また、納入に掛かる費用については、すべてこの契約に含むものとする。

- イ 機器納入時に操作説明を行うこと。また、機器の製造上の不具合等が発見された際には、各種情報提供を行うこと。
- ウ 当該機器は、1年間以上のメーカー保証を有すること。
- エ 梱包材等のごみ類を回収すること。

5 その他

- (1) 製品は、未使用新品であること。
- (2) 内訳と異なる商品であっても、同等品審査で合格すれば見積を行うことが出来る。
- (3) 本仕様書に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定すること。